


บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

ส่วนราชการ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

<input type="checkbox"/>	ประเภท	จัดซื้อตู้ควบคุมระบบจ่ายก๊าซทางการแพทย์ และระบบจ่ายอากาศ พร้อมติดตั้ง		
<input type="checkbox"/>	สถานที่	ศูนย์อนามัยที่ ๗ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น		
<input type="checkbox"/>	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ		
<input type="checkbox"/>	แบบเลขที่	เอกสารเลขที่	๐	พื้นที่อาคาร ตร.ม.
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ	ปร.๔	จำนวน	แผ่น จำนวนชั้น ชั้น
<input type="checkbox"/>	ราคาวัสดุ	สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กรุงเทพมหานคร	ประจำเดือน	มกราคม ๒๕๖๗
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาเมื่อเดือน	มกราคม ๒๕๖๗	ปรับราคาเมื่อเดือน	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
ลำดับที่	รายการ	ราคา	หมายเหตุ	
๑	ค่างานส่วนที่ ๑ ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)	๑๘๔,๒๖๐		
๒	ค่างานส่วนที่ ๒ หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	๑,๕๔๙,๘๐๐		
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ๗ %	๑,๖๕๘,๒๘๖		
๓	ค่างานส่วนที่ ๓ ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)			
รวมเงิน (๑)+(๒)+(๓)		๑,๖๕๘,๒๘๖		
คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ		๑,๖๕๘,๐๐๐		
(ตัวอักษร)		หนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน		

คณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายการและกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
(นางสาวรังรัตน์ โฆษิตธนสาร)  
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นางเดือนเพ็ญ ใจดี)  
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นางสาวประภาศรี ทมสิงห์)  
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายศรีณยุ สารีบุตร)  
วิศวกรเครื่องจักรปฏิบัติการ  
กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายเกรียงไกร ปากเมย)  
วิศวกรปฏิบัติการ (ด้านสิ่งแวดล้อม)  
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๗

หมายเหตุ - ปริมาณงานใน BOQ. นี้เป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่านั้น ผู้เสนอราคาจะต้องตรวจสอบ  
ปริมาณที่ถูกต้องตามแบบรูปและรายการก่อสร้างที่กำหนด  
- หากต้องการ ใช้ BOQ. นี้ให้ผู้เสนอราคา กรอกรายละเอียด จะต้องลบปริมาณวัสดุและราคาออกก่อน

บัญชีแสดงรายการจัดซื้อตู้ควบคุมระบบจ่ายก๊าซทางการแพทย์ และระบบจ่ายอากาศ พร้อมติดตั้ง

โครงการ	จัดซื้อตู้ควบคุมระบบจ่ายก๊าซทางการแพทย์ ฯ	แบบเลขที่		
สถานที่	ศูนย์อนามัยที่ ๗ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	เอกสารเลขที่		
ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ	
๑	กลุ่มงานที่ ๑			
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)			
	๑. งานระบบก๊าซทางการแพทย์			
	๑.๑ ชุดหัวจ่ายก๊าซทางการแพทย์ติดตั้ง (Chemetron)	๑๔,๒๖๐		
	๑.๒ ระบบสัญญาณเตือน	๒๕,๐๐๐		
	๑.๓ เครื่องควบคุมการจ่ายแก๊ส Fully Automatic Control Manifold (LED) Nitrous	๑๕,๐๐๐		
	๑.๔ Air Dryer Refrigerated Air Dryer Model (ค่าติดตั้ง)	๓,๐๐๐		
	๑.๕ Medical Vacuum Filter Flow-rate at ๗barG: ๓,๓๕๐ l/min Connections [IN-OUT Ø] : G ๒"	๒,๐๐๐		
	๑.๖ อุปกรณ์ประกอบและทดสอบระบบ	๑๒๕,๐๐๐		
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ ๑	๑๘๔,๒๖๐		
๒	ค่างานส่วนที่ ๒ หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ			
	๒.๑ ครุภัณฑ์งานระบบก๊าซทางการแพทย์	๑,๕๔๙,๘๐๐		
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ ๒	๑,๕๔๙,๘๐๐		

*(Handwritten signature)*  
ค.อ.อ.น.



โครงการ	จัดซื้อตู้ควบคุมระบบจ่ายก๊าซทางการแพทย์ และระบบจ่ายอากาศ พร้อมติดตั้ง	แบบเลขที่					
		งาน	๑	-	๑๒๕,๐๐๐	๑๒๕,๐๐๐	๑๒๕,๐๐๐
สถานที่	ศูนย์อนามัยที่ ๗ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น						
	๑.๖ อุปกรณ์ประกอบและทดสอบระบบ						
	รวม ๑ งานระบบก๊าซทางการแพทย์						
	ค่างานส่วนที่ ๒ หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ						
	กลุ่มงานที่ ๒						
	๑.๑ ชุดหัวจ่ายก๊าซทางการแพทย์ติดผนัง (Chemetron)						
	- ฝาแพทานห้องฆ่าตายเป็นแบบสำเร็จรูปหนา ๔ มม						
	๑.๑.๑ ออกซิเจน (O๒)	ชุด	๕๓	๒,๙๐๐	๑๕๓,๗๐๐	-	๑๕๓,๗๐๐
	๑.๑.๒ สูญญากาศ (Vacuum)	ชุด	๕๓	๒,๙๐๐	๑๕๓,๗๐๐	-	๑๕๓,๗๐๐
	๑.๑.๓ อากาศหายใจ (Air)	ชุด	๙	๒,๙๐๐	๒๖,๑๐๐	-	๒๖,๑๐๐
	๑.๑.๔ ไนโตรสออกไซด์ (N๒O)	ชุด	๙	๒,๙๐๐	๒๖,๑๐๐	-	๒๖,๑๐๐
	๑.๒ ระบบสัญญาณเตือน						
	๑.๒.๑ Line Alarm ๒ GAS (LCD) Oxy,Vac	ชุด	๓	๘๗,๕๐๐	๒๖๒,๕๐๐	-	๒๖๒,๕๐๐
	๑.๒.๒ Line Alarm ๔ GAS (LCD) Oxy,Vac,Ma,N๒๐	ชุด	๑	๑๑๙,๕๐๐	๑๑๙,๕๐๐	-	๑๑๙,๕๐๐
	๑.๒.๓ เครื่องควบคุมแสงสัญญาณและเสียงสำหรับช่าง (Master Alarm)	ชุด	๑	๑๑๓,๒๐๐	๑๑๓,๒๐๐	-	๑๑๓,๒๐๐
	๑.๓ เครื่องควบคุมการจ่ายแก๊ส Fully Automatic Control Manifold (LED) Nitro						
	รองรับท่อแก๊สได้ ๒ ด้านละ ๓ ท่อ รวมเป็น ๖ ท่อ (ไม่รวมท่อแก๊ส)	ชุด	๑	๓๒๙,๐๐๐	๓๒๙,๐๐๐	-	๓๒๙,๐๐๐
	๑.๔ Air Dryer Refrigerated Air Dryer Model (ค่าติดตั้ง)	ชุด	๒	๑๒๐,๐๐๐	๒๔๐,๐๐๐	-	๒๔๐,๐๐๐

โครงการ	จัดซื้อตู้ควบคุมระบบจ่ายก๊าซทางการแพทย์ และระบบจ่ายอากาศ พร้อมติดตั้ง	แบบเลขที่
สถานที่	ศูนย์อนามัยที่ ๗ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	เอกสารเลขที่
	๑.๕ Medical Vacuum Filter Flow-rate at ๗barG: ๓,๓๕๐ U/min Connections [IN-OUT Ø] : G ๒"	ชุด ๒
	รวม ๒.๑ ครุภัณฑ์งานระบบก๊าซทางการแพทย์	๖๓,๐๐๐
		๑๒๖,๐๐๐
		-
		๑,๕๔๙,๘๐๐
		๑๒๖,๐๐๐
		๑,๕๔๙,๘๐๐



..... กรรมการ  
(นางเดือนเพ็ญ ใจดี)  
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ




..... กรรมการ  
(นางสาวประภาศรี ทุมสิงห์)  
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ



..... กรรมการ  
(นายเกรียงไกร ปากเมย)  
วิศวกรปฏิบัติการ (ด้านสิ่งแวดล้อม)  
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๗



..... กรรมการ  
(นายศรีณัฐ สาริบุตร)  
วิศวกรเครื่องจักรปฏิบัติการ  
กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ



..... ประธานกรรมการ  
(นางสุรางรัตน์ โฆษิตธนาสาร)  
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ